

إلى السيد وزير الصحة
تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع: سؤال كتابي

سوء ظروف تشغيل المركب الجراحي في المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالدار البيضاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

السيد الوزير المحترم،
لاحظ تقرير المجلس الأعلى الأخير حول المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالدار البيضاء،
سوء ظروف تشغيل المركب الجراحي وافتقاره لمخطط التعقيم المرحلي لمرافقه، و عدم توفر
غرفه على نظام تهوية وأبواب تغلق بطريقة أوتوماتيكية تمكن من احترام شروط النظافة
والتعقيم، كما أنها تعرف تراكم عدة أجهزة غير مستخدمة وفي درجة متقدمة من الأكسدة، مما
يشجع على تطوير المنافذ البكتيرية على الأرضيات البلاستيكية الممزقة والجدران غير القابلة
للغسل.

لذا نسألكم السيد الوزير المحترم عن:
-التدابير الضرورية والاستعجالية التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل اتخاذ الإجراءات
الكفيلة لضمان تهيئة مرافق المركب الجراحي و المصالح الأخرى وتجهيزها في احترام لمعايير التعقيم
والنظافة ؟

و تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

إمضاء:

الناصرى نوفل